Изготвяне на специфична за даден параметър проба

Параметри	COD/BOD_5	TOC	Неорганичен азот			N общо	Фосфор $P_{общо}$	Тежки метали общо	Хлорид	Сулфат
			NH_4-N	NO_2-N	NO_3-N					
Краткосрочно консервиране	+2 до +5 °C (до 24 часа)	+2 до +5 °C, pH <2 със сярна киселина (до 1 седмица)	Не се препоръчва		+2 до +5 °C, pH <2 със сярна киселина (до 24 часа)	pH 3 до 7 (до 1 седмица)	Не се изисква	Не се изисква	Не се изисква	+2 до +5 °C (до 1 седмица)
Дългосрочно консервиране	-18 °C (до 14 дни)	-18 °C, pH <2 (до 1 месец)	Не се препоръчва			-18 °C (до 14 дни)	pH <2 със сярна киселина (до 1 месец)	pH <2 с азотна киселина (до 1 месец)	До 1 месец	Не се препоръчва
Изготвяне на пробата	Хомогенизация (DIN 38 402, част A 30*)	Хомогенизация (DIN 38 402, част A 30*/33)	Филтриране, ако е необходимо			Хомогенизация (DIN 38 402, част A 30*)	Хомогенизация (DIN 38 402, част A 30*)	Хомогенизация (DIN 38 402, част A 30*/31), разграждане	Филтриране, ако е необходимо	Филтриране, ако е необходимо
Материал на съда за пробата	Стъкло или полиетилен (PE)					Стъкло или полиетилен (PE) Борсиликатно стъкло			Стъкло или полиетилен (PE)	

**Хомогенизация на пробата за всички параметри, които са определени в първоначалната проба (цялостна проба).*

DOC062.89.20128.Apr17