Cobalt / Nickel Reagent Set

Продукт №: **2651600**

BGN Цена:
Налично

Опасен

Свържете се с нас

For the determination of Cobalt, 0.01-2.00mg/L Co, and Nickel, 0.006-1.000mg/L Ni, PAN Method. For 10mL sample.

Спецификации

Бр. тестове:	100
Измерване, диапазон:	0,006 - 1,000 mg/L Ni
Инструмент:	All except Dr/3000, DR/2000, DR/800
Метод, име:	PAN
Метод, номер:	8150
Обем на проба:	10 mL
Параметър:	Cobalt, Nickel
Специална функция:	Cobalt Nickel Reagent set, 10ml