

Total Chlorine DPD Reagent Powder Pillows, 10 mL, pk/1000

Продукт №: **2105628** Опасен

BGN Цена: Свържете се с нас

Налично





For total chlorine determination by the DPD Method. USEPA accepted for reporting for drinking and wastewater analysis using Hach Method 8167.

Range: 0.02 - 2.00 mg/L. Sample Size: 10 mL.

Pack of 1000 powder pillows.

Boric Acid free!

Спецификации

EPA compliant:	Да
Бр. тестове:	1000
Измерване, диапазон:	0,02 - 2,00 mg/L Cl_2
Инструмент:	All except DR/3000, DR/2000
Метод, име:	DPD
Метод, номер:	8167
Параметър:	Хлор, общ
Платформа:	Прахови вложки
Условия на съхранение:	10 - 25 °C