Swiftest DPD свободен хлор, диспенсер за реактив и флакон с реактив

Продукт №: **2802300** Опасен

BGN Цена:
Не е показана дата на доставка

Свържете се с нас

For the determination of Free Chlorine by the DPD method, 0.02-2.00 mg/L Cl_2.

Спецификации

Бр. тестове:	Approximately 250
Измерване, диапазон:	0,02 - 2,00 mg/L Cl_2
Инструмент:	All except DR/3000, DR/2000
Метод, име:	DPD
Метод, номер:	8021
Параметър:	Хлор, свободен
Платформа:	Swiftest