

Набор вторични гелови стандарти SpecCheck, DPD хлор – MR

Продукт №: **2980500**

BGN Цена: Свържете се с нас
Налично

Комплект вторични стандарти SpecCheck за хлор за среден диапазон на DPD методи за хлор. Съдържа флакон с празна проба и 3 оцветени флакона при ~0,2, ~1,6 и ~2,7 mg/L Cl_2. Готовите за употреба комплекти вторичен стандарт SpecCheck включват четири 10 mL (1 инч) запечатани стъклени клетки с празна проба и три различни стандарта в границите на типичния тестов диапазон, инструкции, пластмасова кутия и сертификат за анализ. Стандартите SpecCheck са компютърно формулирани и са със срок на годност две години от датата на производството.

Забележка: за използване само с DPD методи за хлор със среден диапазон (джобен колориметър II, DR300 и DR900).

Да не се използва с методи с нисък диапазон (включително LR/HR джобен колориметър II).

*Този продукт не е оценен за тестване за хлор и хлорамини в медицински приложения в Съединените щати.

Твърдогелови стандарти – не се изисква подготовка

Идеални за проверка на инструменти в лабораторията и в полеви условия

2 години гарантирано функциониране

Спецификации

Концентрация:	0 - 4,0 mg/L Cl_2
Метод, име:	DPD
Обем / опаковка, размер:	Комплект от 4 епруветки